

ME02 无创血压监护仪测试仪操作示意图



第一步：连接电源，将被检血压计连接到输出口上，打开电源。

第二步：选择静态压力测量键，进行压力泄露、静态输出测量。

第三步：选择动态模拟键，进行标准血压模拟或输入血压模拟。